


病院内に設置しているAEDバッテリー確認

必ず作動するかインジケータランプを確認してください（バッテリーが正常かの確認）。



インジケータランプがフラッシュしていれば、バッテリーオッケー作動します。

AED・AEDボックスに関する問合せ
ME機器センター：内線4657

ご質問等は下記にお願いします
安全衛生管理室：浅田博史
内線：4562 PHS：2978
FAX:4563
E-mail：h.asada@kuhp.kyoto-u.ac.jp