

いつも、インシデント報告ありがとうございます

京大病院医療安全情報45

【使用期限の切れたサンプル品】

処置の際、追加で延長チューブが必要となった。あわてて物品を準備し接続。使用后、それはサンプル品で点検がされておらず、使用期限が切れていることに気付いた。患者には謝罪した。（有害事象は確認されていない）



このサンプルは
3年間使用されな
いまま、棚に
入っていました。

サンプル品の見分け方

- ① 「サンプル」シールが貼付されている。
または・・・
- ② 「医療材料」シールが貼付されていない。

サンプル

いつも、インシデント報告ありがとうございます

京大病院医療安全情報45

【医療材料のチェックポイント】

保管管理

できるだけ扉のついた棚に収納

詰め込みすぎない（包装が破損するかも）

有効期限の短いものを**手前**に並べる

使用時の 確認

包装に異常はないか？

有効期限内であるか？



これ、いつか
らあるかなあ。
使うかなあ。

?



材料の点検は現状、部署によってさまざまです。定期的にチェックされている部署もありますが、特にサンプル品に関しては点検されていないことも多いです。医療材料を使用する前は、サンプル品に限らず、必ず**使用期限と外装を確認の上**、開封して下さい。