

# 病院内に設置している AED バッテリー確認

必ず作動するかインジケータを確認してください（バッテリーが正常かの確認）。



機種：AED-3100/AED-2152

	AED-3100/AED-2152	FR3/FR3 Pro
使用可	<p>緑色になっている</p>	<p>緑ランプが点滅</p>
使用不可	<p>赤×になっている</p>	<p>ランプが消えている</p>

※AED-3100/AED-2152 はランプではありません